2023-11-27

Varje rum och kylskåp som är läkemedelsutrymme ska vara utrustade med min/max termometer. Kontroll och dokumentation av kylskåpstemperatur ska göras 1 gång/vecka. Kylskåp som kräver kalibrering regelbundet ska följa tillverkarens anvisningar. Uppgifter om kalibrering ska framgå av lokal läkemedelsrutin. Tillåten temperaturintervall för kylskåp är +2° - +8°C.

Förvaras vaccin i kylskåpet ska en daglig kontroll göras.

År: _____ Veckodag för kontroll av temperatur: _____

Vecka	Datum	Min. Temp.	Max. Temp	Kalibrering	Signering